UBS 2000 - PRAKTIK

Integrisanost potreba u pogledu rasvete, većeg broja električnih priključaka, medicinskih gasova i vakuma i nosača opreme (čista medicinska šina). Zadovoljava sve potrebe bolesničkih soba **poluintenzivne nege** i sličnog tretmana.



Osvetljenje

- Indirektno svetlo (12000lm), direktno svetlo (3000lm), nadzorno svetlo (300lm) u svemu prema standardu EN 12464-1.



Napajanje

- Četiri šuko utičnice sa zaštitnim kontaktom bele boje (mreža) i dve šuko utičnice sa zaštitnim kontaktom crvene boje (agregat).
- Dva PIN-a za dodatno izjednačavanje potencijala (prema VDE 42801).



Komunikacija

- Jedna komunikacijska priključnica RJ45 cat6.

Distribucija medicinskih gasova

- Pruključci za O2 i KV5 i VAC standardno, veći broj na zahtev kupca.

Bolnička signalizacija

- Priključni terminal bolničke signalizacije sa paralelnim tasterima za poziv sestre i paljenje/gašenje direktne rasvete, kao i elektronski sklop za obezbedjivanje tih funkcija.

Boja

- Osnova bolesničkog seta je od eloksiranog aluminjuma u prirodnoj boji aluminijuma, a prednje maske od eloksiranog aluminijuma ili u RAL5014 i RAL7035, a druge boje na zahtev kupca.

Nosači opreme

- Medicinska šina je sastavni deo bolesničkog kanala celom dužinom, a na zahtev kupca može da bude kraća u delu priključaka medicinskih gasova.